

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
СОМБОР
25 000 Сомбор, Подгоричка 4
Република Србија



UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF EDUCATION
SOMBOR
25 000 Sombor, 4 Podgoricka street
Republic of Serbia

Телефони:
025/412-030, 418-986

Факс:
025/416-461

Е-mail:
dekanat@pef.uns.ac.rs

Интернет адреса:
www.pef.uns.ac.rs

П О Н У Ћ А Ч

Наш број:
Our number:

11-13-06/2017

Ваш број:
Your number:

Сомбор:
Sombor:

25.09.2017.

Одговор на питање које је електронским путем (е-mail) поставио један од понуђача дана 22.09.2017. године, у 14 часова и 33 минута, деловодног протокола Наручиоца број: 1687/2017 од 25.09.2017. године, а који је преузео конкурсну документацију по Позиву за подношење понуде број: 11-13-05/2017 од 21.09.2017. године, објављен на Порталу јавних набавки и на Web страни Педагошког факултета у Сомбору дана 21.09.2017. године, у поступку јавне набавке мале вредности, број јавне набавке: 13/2017 – набавка добара: лабораторијска опрема (микроскоп), коју спроводи наручилац Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, Подгоричка бр. 4.

У складу са Упутством понуђачима како да сачине понуду (тачка 28. „Додатне информације и појашњења“), уколико понуђач додатне информације и појашњења тражи електронским путем након 13.00 часова, упућени захтев за додатне информације и појашњења Наручилац ће протоколирати и почеће поступати по њима следећег радног дана.

У складу са одредбом члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац, на постављена питања Понуђача, одговор објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питање број 1.

Да ли је одговарајуће понудити микроскоп размака између зеница 55-75 мм?

Тражен је тринокуларни микроскоп, а даље у појашњењу наводи се бинокуларна глава. Такође, тражи се ЛЕД осветљење, али резервна халогена сијалица. Претпостављамо да је дошло до грешке.

Молимо вас да потврдите да је одговарајуће понудити микроскоп са тринокуларном главом наведених карактеристика, као и доставити резервну ЛЕД сијалицу.

Да ли је одговарајуће понудити микроскоп размака између зеница 55-75 мм?

Такође молим вас да потврдите да ли је одговарајуће понудити микроскоп бољих техничких карактеристика нпр. револвер са 5 места за окуларе – тражено са 4, extrawide field видно поље 22 мм – тражено 18 мм.

Одговор на питање број 1.

Одговарајуће је понудити микроскоп размака између зеница 55 – 75 мм.

Одговарајуће је понудити микроскоп са тринокуларном главом наведених карактеристика.

Одговарајуће је понудити резервну ЛЕД сијалицу.

Одговарајуће је понудити микроскоп бољих техничких карактеристика нпр. револвер са 5 места за окуларе, extrawide field видно поље 22 мм.

Члан Комисије за јавну набавку
доц.др Гордана Козодеровић